

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องวัดลูกตาแบบไม่สัมผัสตา จำนวน ๑ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระพง (องค์การบริหารส่วนตำบลตระพง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๔๔๑,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากห้องตลาด ๓ รายดังนี้
  - ๕.๑ บริษัท ไนน์ตี้ไฟฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท เพอร์เฟคท์ เชอจิคอล จำกัด
  - ๕.๓ บริษัท NEW EYE Co.Ltd. จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

๖.๑ นางศุภิสรา งามเสี้ยym	หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระพง
๖.๒ นางนลัทพร คีรีແลง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖.๓ นางสาวดวงดาว เหล่าหว้าน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กำหนดขอบเขตงานการจัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสตา  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง

๑. เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสตา จำนวน ๑ เครื่อง  
คุณสมบัติ

๑. สามารถทำการวัดค่าความดันลูกตาได้ ๑-๖๐ มิลลิเมตรปอร์ทหรือมากกว่า
๒. ควบคุมฟังก์ชันการทำงานของเครื่องผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (touch screen) หรือปุ่มกดด้านหน้าเครื่อง
๓. มีจอยแสดงผลแสดงการ alignment ผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ แสดงค่าความดันลูกตาที่วัดได้
๔. มีสัญลักษณ์ชัดเจนสามารถเห็นได้ว่าตาข้างใดกำลังถูกวัด ตาขวา หรือตาซ้าย
๕. มีเครื่องพิมพ์ผลอยู่ในเครื่อง
๖. มีที่รองคงสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้า
๗. มีระบบการวัด ๓ แบบ คือ Full Auto, Auto, Manual
๘. มี Bright LED ช่วยให้การ Fixation และ Alignment ของผู้ป่วยรวดเร็วยิ่งขึ้น
๙. อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....นาย ก. มนต์ ภูริษา.....ประธานกรรมการ  
↑ (นางศุภิสรา งามเสียงยม)

หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง

(ลงชื่อ).....พญ. นันดา ใจดี.....กรรมการ  
(นางนลัทพร คีรีແลง)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พญ. นันดา ใจดี.....กรรมการ  
(นางสาวดวงดาว เหล่าหว้าน)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ